

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 オキシダント測定用
品名 リン酸二水素カリウム

試 験 項 目	規 格 値
純度 水溶状 pH (50g/L, 25°C) 窒素化合物(as N) 重金属(as Pb) オキシダント測定適合性	99.5~100.5% 試験適合(澄明) 4.2~4.6 0.001% 以下 0.001% 以下 試験適合
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 白色の結晶又は結晶性粉末で、水に溶けやすい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009. 7. 30)