

# 規格書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 特級

品名 ふっ化カリウム

試験項目	規格値
純度(強熱後)	98.5% 以上
水溶状	試験適合(澄明)
強熱減量	1.0% 以下
酸(as HF)	0.2% 以下
塩基(as $K_2CO_3$ )	0.25% 以下
塩化物(Cl)	0.01% 以下
硫酸塩( $SO_4$ )	0.01% 以下
亜硫酸塩	試験適合
ナトリウム(Na)	0.4% 以下
鉛(Pb)	0.002% 以下
鉄(Fe)	0.001% 以下
ヘキサフルオロけい酸塩( $SiF_6$ )	0.2% 以下
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考) 白色の粉末で、吸湿性があり、水に極めて溶けやすい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2023. 7. 24-3)