

# 規格書

## キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 窒素測定用  
品名 水酸化ナトリウム

試験項目	規格値
純度	96.0% 以上
水溶状	限度内(澄明)
塩化物(Cl)	0.01% 以下
りん酸塩( $PO_4$ )	0.001% 以下
けい酸塩( $SiO_2$ )	0.01% 以下
硫酸塩( $SO_4$ )	0.005% 以下
カリウム(K)	0.05% 以下
マグネシウム(Mg)	5ppm 以下
カルシウム(Ca)	0.002% 以下
アルミニウム(Al)	0.002% 以下
鉛(Pb)	5ppm 以下
鉄(Fe)	5ppm 以下
窒素化合物(as N)	5ppm 以下
炭酸ナトリウム( $Na_2CO_3$ )	1.5% 以下
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考) 白い粒状で潮解性があり、二酸化炭素を吸収しやすい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2024. 4. 24-3)