

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 アミノ酸自動分析用
品名 ブリッジ35

試 験 項 目	規 格 値
酸価	2.0 以下
ヒドロキシル価	45~55
水分	0.5% 以下
アミノ酸テスト	限度内
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 白色~微黄色の液体(通常はロウ状の固体)。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009. 1. 20)