

# 規格書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 色度試験用  
品名 色度標準液 100度

試験項目	規格値
吸光度(430nm)	おおよそ0.022~0.024
吸光度(455nm)	おおよそ0.026~0.029
吸光度(480nm)	おおよそ0.021~0.024
吸光度(510nm)	おおよそ0.011~0.013
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考) うすい黄色の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2023. 8. 16-3)