

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 滴定用
品名 クルクミン溶液

試 験 項 目	規 格 値
変色範囲(pH)	(黄)7.4~8.6(赤褐色)
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 黄色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2010. 8. 24)