

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 アミノ酸自動分析用
品名 塩酸

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|------------------------|--|
| 濃度 | 35.0~37.0% |
| 蒸発残分 | 0.001% 以下 |
| 強熱残分(硫酸塩) | 5ppm 以下 |
| 硫酸塩(SO ₄) | 1ppm 以下 |
| 遊離塩素(Cl) | 限度内 |
| 亜硫酸塩(SO ₃) | 限度内(約1ppm以下) |
| 砒素(As) | 0.01ppm 以下 |
| 重金属(as Pb) | 0.5ppm 以下 |
| 鉄(Fe) | 0.2ppm 以下 |
| アミン試験 | 限度内 |
| 試 験 方 法 | 社内試験方法による。 |
| 性状(参考) | 無色の液体で刺激臭があり、空気中で発煙する。 密度は約1.18g/mlである。 |

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009.6.5)