

# 規格書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 特級

品名 ふっ化アンモニウム(中性)

試験項目	規格値	
純度	97.0%	以上
強熱残分(硫酸塩)	0.02%	以下
酸(as $\text{NH}_4\text{HF}_2$ )	1.5%	以下
塩化物(Cl)	0.005%	以下
硫酸塩( $\text{SO}_4$ )	0.01%	以下
ヘキサフルオロけい酸アンモニウム [ $(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ ]	0.3%	以下
鉛(Pb)	0.002%	以下
鉄(Fe)	0.003%	以下
試験方法	社内試験方法による。	
性状(参考) 白色の結晶。		

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2024. 4. 23-2)