

# 規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 非水滴定用

品名 0.1mol/L 過塩素酸 (1,4-ジオキサン溶液)

試 験 項 目	規 格 値
ファクター(20°C)	0.950~1.050
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 微黄色~黄色の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2012.12.19)