

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 非水滴定用

品名 0.02mol/L 過塩素酸（酢酸溶液）

試 験 項 目	規 格 値
ファクター(20°C)	0.95~1.05
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2013.1.24-2)