

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位

品名 pH7.41 リン酸塩 pH標準液

試 験 項 目	規 格 値
pH (25°C)	7.41±0.02
試 験 方 法	JIS Z 8802による。
性状(参考) 無色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009. 2. 3)