

規格書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 特級
品名 塩素酸カリウム

試験項目	規格値
純度	99.5% 以上
水溶状	試験適合
臭素酸塩(BrO_3)	0.01% 以下
塩化物(Cl)	0.001% 以下
硫酸塩(SO_4)	0.003% 以下
重金属(as Pb)	5ppm 以下
ナトリウム(Na)	0.02% 以下
マグネシウム(Mg)	0.001% 以下
カルシウム(Ca)	0.002% 以下
ひ素(As)	0.5ppm 以下
鉄(Fe)	5ppm 以下
窒素化合物(as N)	5ppm 以下
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考)	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2024. 9. 11)