

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位

品名 1/240mol/L (N/40) ニクロム酸カリウム溶液

試 験 項 目	規 格 値
ファクター(20°C)	1.00~1.01
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 橙色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2011. 9. 15)