

# 規格書

## キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 オキシダント測定用  
品名 よう化カリウム

試験項目	規格値
純度(乾燥後)	99.5% 以上
水溶状	試験適合(澄明)
乾燥減量(110°C)	0.2% 以下
重金属(as Pb)	0.0005% 以下
窒素化合物(N)	0.001% 以下
オキシダント測定適合性	限度内
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考)	白色の結晶又は結晶性粉末で、水に極めて溶けやすい。

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2024. 3. 13-2)