

# 規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 有害金属測定用  
品名 過マンガン酸カリウム

試 験 項 目	規 格 値	
純度	99.5%	以上
カドミウム(Cd)	50ppb	以下
水銀(Hg)	5ppb	以下
鉛(Pb)	100ppb	以下
ひ素(As)	50ppb	以下
クロム(Cr)	500ppb	以下
試 験 方 法	社内試験方法による。	
性状(参考)	緑黒色又は紫黒色の結晶で金属光沢があり、水にやや溶けやすい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2018.3.26-2)