

規格書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 1級

品名 モリブデン酸ナトリウム（2水和物）

試験項目	規格値
純度	98.5% 以上
水溶状	限度内(ほとんど澄明以内)
pH (5w/v%, 25°C)	10.0 以下
塩化物(Cl)	0.02% 以下
硝酸塩	限度内
硫酸塩(SO ₄)	0.02% 以下
りん酸塩(PO ₄)	0.001% 以下
アンモニウム(NH ₄)	0.02% 以下
重金属及び鉄	限度内
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色～白色の結晶又は結晶性粉末で、水に溶けやすい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2026.3.25-3)