

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 特級

品名 硝酸ナトリウム

試験項目	規格値	
純度	99.0%	以上
水溶状	試験適合(澄明)	
pH (50g/L, 25°C)	5.0~8.0	
塩化物(Cl)	0.001%	以下
よう素酸塩及び亜硝酸塩	試験適合	
りん酸塩(PO ₄)	5ppm	以下
硫酸塩(SO ₄)	0.003%	以下
カリウム(K)	0.005%	以下
銅(Cu)	2ppm	以下
カルシウム(Ca)	0.001%	以下
鉛(Pb)	3ppm	以下
鉄(Fe)	3ppm	以下
アンモニウム(NH ₄)	0.001%	以下
試験方法	JIS K 8562(2007)による。	
性状(参考)	無色の結晶又は白色の結晶性粉末で、水に溶けやすく、エタノールに溶けにくい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2012. 6. 1-2)