

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 1級

品名 亜セレン酸ナトリウム

試 験 項 目	規 格 値
純度	95.0% 以上
水溶状	限度内(わずかな微濁以内)
塩化物(Cl)	0.01% 以下
硝酸塩	限度内
炭酸塩	限度内
セレン酸塩及び硫酸塩	限度内
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 白い結晶性粉末で、水にやや溶けやすい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2015. 4. 22)