

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 14 番 10

品位 濁度測定用
品名 カオリン標準液 100度

試 験 項 目	規 格 値
濁度(度)	95～105
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 白濁の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2015. 12. 18)