

# 規格書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 細胞数測定用  
品名 WST-8キット

試験項目	規格値
性状 空白試験 鋭敏度	赤色液体 0.700 以下(460nm) 1.000 以上(460nm)
試験方法	社内試験方法による。

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2025.1.27)