

# 規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 原子吸光分析用

品名 イッテルビウム標準液 1000mg/L

| 試 験 項 目         | 規 格 値         |
|-----------------|---------------|
| イッテルビウム(Yb)     | 1000~1010mg/L |
| 試 験 方 法         | 社内試験方法による。    |
| 性状(参考) 無色透明の液体。 |               |

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2019. 2. 18)