

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 高速液体クロマト用
品名 ベンゼン

試験項目	規格値	
密度(20°C)	0.877	～0.880g/ml
屈折率 n(20/D)	1.499	～1.502
水分	0.03%	以下
不揮発物	0.001%	以下
過酸化物(as H ₂ O ₂)	0.0005%	以下
蛍光試験	限度内	
純度(GC)	99.8%	以上
紫外吸収スペクトル		
280nm	0.60	以下
290nm	0.10	以下
300nm	0.04	以下
330～400nm	0.01	以下
試験方法	社内試験方法による。	
性状(参考)	無色透明、揮発性の液体で、特異なにおいがあり、水に極めて溶けにくい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009.1.20)