

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 スペクトル用
品名 ジクロロメタン

試験項目	規格値	
純度(GC)	99.0%	以上
水分	0.05%	以下
不揮発物	0.002%	以下
酸(as HCl)	0.01%	以下
安定剤(2-メチル-2-ブテン)	0.005%	以下
試験方法	社内試験方法による。	
性状(参考)	無色透明、揮発性の液体で、特異なにおいがあり、水にやや溶けにくい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2018.3.20-2)