

# 規格書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 1級

品名 硫酸コバルト(Ⅱ)(7水和物)

試験項目	規格値	
純度	97.0%	以上
pH (5w/v%, 25°C)	3.0	以上
鉄(Fe)	0.01%	以下
亜鉛(Zn)	0.02%	以下
ニッケル(Ni)	0.3%	以下
試験方法	社内試験方法による。	
性状(参考)	類赤色の結晶で水に溶けやすく、エタノールにやや溶けにくい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2025. 4. 7-4)