

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 色度試験用
品名 色度標準液 1000度

試 験 項 目	規 格 値
※下記は色度標準液500度の規格値で、 本品を正確に2倍希釈して測定。 色度標準液500度吸光度 430nm 455nm 480nm 510nm	 0.110~0.120 0.130~0.145 0.105~0.120 0.055~0.065
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 濃い黄色の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2019. 3. 26-2)