

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 pH試験用
品名 コンゴーレッド溶液

試験項目	規格値
変色範囲(pH)	(紫)3.0~5.0(暗い赤みの橙色)
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考)	橙色の液体。

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2019.4.5-2)