## 規格書

## キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 精密分析用 品名 酢酸

試験項目	規格値
純度	99.7% 以上
水溶状	限度内(澄明)
凝固点	16.0℃ 以上
水分	0.3% 以下
不揮発物	5ppm 以下
塩化物(CI)	1ppm 以下
硫酸塩(SO₄)	1ppm 以下
鉛(Pb)	0.2ppm 以下
鉄(Fe)	0.1ppm 以下
銅(Cu)	0.1ppm 以下
亜鉛(Zn)	0.2ppm 以下
カドミウム(Cd)	0.5ppm 以下
重クロム酸還元性物質	限度内
過マンガン酸還元性物質	限度内
試 験 方 法	社内試験方法による。

性状(参考) 無色透明の液体で、特異の刺激臭をもち、寒冷にあうと凝固して結晶となる。