

# 規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位 高速液体クロマト用

品名 ヘキサン (別名: n-ヘキサン)

試験項目	規格値	
密度(20°C)	0.659~0.663g/ml	
屈折率 n(20/D)	1.374~1.377	
水分	0.01%	以下
不揮発物	0.0005%	以下
酸(as CH <sub>3</sub> COOH)	0.001%	以下
過酸化物(as H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	0.0005%	以下
蛍光試験	限度内	
純度(GC)	96.0%	以上
紫外吸収スペクトル		
210nm	0.25	以下
220nm	0.08	以下
230nm	0.04	以下
240nm	0.02	以下
254~400nm	0.01	以下
試験方法	社内試験方法による。	
性状(参考)	無色透明の揮発性の液体で特異な臭いがあり、水にほとんど溶けない。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009.5.29)