

# 規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 原子吸光分析用  
品名 ホルミウム標準液 1000mg/L

試 験 項 目	規 格 値
ホルミウム(Ho)	1000~1010mg/L
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2019. 2. 18)