

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10

品位

品名 6mol/L 塩酸

試 験 項 目	規 格 値
ファクター(20°C)	0.9~1.1
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2010. 3. 30)