

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 1 4 番 1 0

品位

品名 1mol/L 塩酸

試 験 項 目	規 格 値
ファクター(20℃)	1.000~1.009
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009. 4. 7)