

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク１４番１０号

品位

品名 2mol/L アンモニア水

試 験 項 目	規 格 値
ファクター(20℃)	1.000～1.009
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2019. 2. 14)