

# 規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 イオンクロマト用

品名 アンモニウムイオン標準液 1000mg/L

試験項目	規格値
アンモニウム( $\text{NH}_4^+$ )	1000~1010mg/L
試験方法	社内試験方法による。
性状(参考)	無色透明の液体。

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2019.2.18)