

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 特級
品名 発煙硝酸 (1.50)

試 験 項 目	規 格 値
濃度	90.0~94.0%
強熱残分(硫酸塩)	0.001% 以下
塩化物(Cl)	2ppm 以下
硫酸塩(SO ₄)	5ppm 以下
重金属(as Pb)	2ppm 以下
ヒ素(As)	0.1ppm 以下
鉄(Fe)	1ppm 以下
試 験 方 法	JIS K 8739(1992)による。
性状(参考)	発煙性の透明なうすい赤みの褐色~赤みの褐色の液体で、黄みの褐色ガスを発生する。

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2013.6.1)