

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 14 番 10

品位 滴定用
品名 パラロゾール酸溶液

試 験 項 目	規 格 値
変色範囲 (pH)	(橙色) 6.8~8.0 (紫赤色)
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 橙色透明の液体。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2019. 2. 22)