# 規　格　書

キ シ ダ 化 学 株 式 会 社
兵庫県三田市テクノパーク１４番１０

品位
品名　pH7.41　りん酸塩ｐＨ標準液

| 試　験　項　目 | 規　格　値 |
|---|---|
| ｐＨ(25℃) | 7.41±0.02 |
| 試 験 方 法 | JIS Z 8802による。 |
| 性状(参考)　無色透明の液体。 | |

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2009.2.3)