

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 1 4 番 1 0 号

品位 1 級

品名 硝酸アンモニウム

試 験 項 目	規 格 値
純度	98. 0% 以上
水溶状	限度内(澄明)
強熱残分(硫酸塩)	0. 02% 以下
p H (5w/v%, 25°C)	4. 5~6. 0
塩化物(C l)	0. 001% 以下
硫酸塩(S O ₄)	0. 005% 以下
りん酸塩(P O ₄)	0. 0005% 以下
重金属(as P b)	0. 001% 以下
鉄(F e)	0. 0004% 以下
ひ素(A s)	0. 0005% 以下
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状(参考) 無色の結晶又は白色の結晶性粉末で吸湿性があり、水に極めて 溶けやすい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2018. 2. 14-2)