

# 規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク14番10号

品位 特級

品名 しゅう酸アンモニウム(1水和物)

試験項目	規格値	
純度	99.5%	以上
水溶状	試験適合(澄明)	
強熱残分(硫酸塩)	0.01%	以下
pH(50g/L, 25°C)	6.0~7.0	
塩化物(Cl)	5ppm	以下
硝酸塩	試験適合	
りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	5ppm	以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.003%	以下
ナトリウム(Na)	0.001%	以下
カリウム(K)	0.001%	以下
銅(Cu)	1ppm	以下
マグネシウム(Mg)	2ppm	以下
カルシウム(Ca)	2ppm	以下
鉛(Pb)	2ppm	以下
ひ素(As)	1ppm	以下
鉄(Fe)	2ppm	以下
硫酸着色物質	試験適合	
試験方法	JIS K 8521(2007)による。	
性状(参考)	白色の結晶又は結晶性粉末で、水にやや溶けやすく、エタノールに溶けにくい。	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2012.9.1-2)